



**Société
canadienne
du sang**

SANG
PLASMA
CELLULES SOUCHES
ORGANES
ET TISSUS

1800, prom. Alta Vista
Ottawa, Ontario
K1G 4J5
Canada

MESURE À PRENDRE

Poches Fresenius Kabi (plaquettes)

Lettre aux clients 2019-03

Le 06 avril 2019

Bonjour,

Vous trouverez ci-joint des extraits d'une lettre envoyée par Fresenius Kabi concernant les poches utilisées pour nos mélanges de plaquettes.

Les poches Fresenius Kabi sont utilisées pour les plaquettes recueillies par extraction de la couche leucoplaquettaire dans toutes les provinces sauf en Alberta. Toutefois, étant donné nos schémas de distribution, tous les hôpitaux sont susceptibles d'en recevoir.

Le fabricant de ces poches a émis un rappel pour les lots 41MC12GA00, 41ME01GA00, 41MH01GA00 et 41MI30GA00 en raison de la présence de fuites près des raccords de tubulure, comme cela est indiqué dans le schéma ci-dessous et dans la pièce jointe. À ce jour, aucune contamination bactérienne liée à ce problème n'a été signalée au fabricant.



De nouvelles poches ont été commandées afin de remplacer celles des lots concernés par ce rappel. Toutefois, dans l'intérim, nous continuerons d'utiliser les poches que nous avons en réserve afin de pouvoir vous offrir un approvisionnement continu en plaquettes. Nous procéderons à une inspection minutieuse des poches, comme le préconise Fresenius Kabi, avant de vous les envoyer.

Le fabricant recommande également aux hôpitaux de bien inspecter les poches de plaquettes non-aphérese à leur réception, ainsi que celles que vous avez en réserve avant toute transfusion, en particulier la zone de raccord de la tubulure (voir schéma).

Les poches présentant une fuite ne doivent pas être utilisées pour des transfusions et doivent nous être renvoyées.

Veuillez transmettre ces informations aux professionnels de la santé de votre établissement à qui elles pourraient être utiles.

Cette lettre peut être consultée sur notre site Web, au www.sang.ca, dans la section **Hôpitaux**. Si vous avez des questions concernant cette lettre ou si vous souhaitez l'obtenir dans un autre format, n'hésitez pas à communiquer avec votre agent de liaison.

Le vice-président aux affaires médicales et à l'innovation,



Dr Isra Levy