



Société  
canadienne  
du sang

SANG  
PLASMA  
CELLULES SOUCHES  
ORGANES  
ET TISSUS

1800, prom. Alta Vista  
Ottawa (Ontario) K1G 4J5  
CANADA1

---

## POUR INFORMATION

Décalage des informations imprimées sur les boîtes d'Humate-P®  
Lettre aux clients 2019-38

---

Le 12 décembre 2019

Bonjour,

Vous trouverez ci-joint une lettre de CSL Behring qui contient d'importantes informations concernant un problème d'impression des informations sur les boîtes d'Humate-P® causant un décalage vers le bas des informations concernant la qualité du produit pour les lots ci-dessous :

Description	Numéro de lot	Date de péremption
Humate-P 500IU Mid	P100134094	19-Jun-2022
Humate-P 1000IU High	P100086467	06-Mar-2022

Ce problème n'affectant pas les informations imprimées sur l'étiquette du flacon, nous vous prions de vous référer aux étiquettes plutôt qu'aux boîtes des produits.

Veuillez transmettre ces informations aux professionnels de la santé de votre établissement à qui elles pourraient être utiles.

Cette lettre peut être consultée sur notre site Web, au [www.sang.ca](http://www.sang.ca), dans la section **Hôpitaux**. Si vous avez des questions concernant cette lettre ou si vous souhaitez l'obtenir dans un autre format, n'hésitez pas à communiquer avec votre agent de liaison.

Le directeur de la planification de la chaîne d'approvisionnement intégrée,

Mark Newburgh