
Interférence connue entre Rebinyn® et les tests de laboratoire servant au diagnostic d'une
coagulopathie causée par la COVID-19

Lettre aux clients 2020-20

Le 26 mai 2020

Bonjour,


Vous trouverez ci-joint une lettre de Novo Nordisk Canada Inc. donnant de l'information importante sur la prise en charge clinique des patients prenant Rebinyn® (facteur IX de coagulation recombinant, pégylé) et les tests de laboratoire utilisés pour diagnostiquer une coagulopathie similaire à une coagulopathie intravasculaire disséminée (CIVD) causée par la COVID-19.

Veuillez transmettre ces informations aux professionnels de la santé de votre établissement à qui elles pourraient être utiles.

Cette lettre peut être consultée au www.sang.ca dans la section Hôpitaux. Si vous avez des questions concernant son contenu ou si vous souhaitez l'obtenir dans un autre format, n'hésitez pas à communiquer avec votre agent de liaison.

Cordiales salutations.

Le directeur du Programme de produits plasmatiques et de produits connexes,



Sylvain Grenier