
POUR INFORMATION

Nouvelle poche pour certains composants plasmatiques

Lettre aux clients 2021-36

Le 22 septembre 2021

Bonjour,

Veillez noter qu'à compter de cet automne, après réception de l'autorisation de Santé Canada, la Société canadienne du sang commencera à conditionner du plasma congelé divisé et du plasma surnageant de cryoprécipité en utilisant un deuxième type de poche pour permettre plus de flexibilité en production.

Il n'y aura aucun changement dans les codes de produit. La circulaire d'information sera mise à jour pour inclure les directives d'utilisation du fabricant.

Spécifications des nouvelles poches:

Spécifications/ Information	Poche actuelle	Nouvelle poche
Matériau	PVC/DEHP Transparente	PVC/DEHP Peut avoir une couleur légèrement orangée en raison du mode de stérilisation utilisé par le fabricant.
Dimensions approximatives (l x L)	132 mm x 207 mm	137 mm x 210 mm
Embouts	<ul style="list-style-type: none"> • Capuchons protecteurs, embouts et fonctions identiques à ceux des poches actuelles • Utilisation de dispositifs de perfusion ISO recommandée 	

Veillez transmettre ces informations aux professionnels de la santé de votre établissement à qui elles pourraient être utiles.

Cette lettre peut être consultée sur notre site Web, au www.sang.ca, dans la section Hôpitaux. Si vous avez des questions concernant son contenu ou si vous souhaitez l'obtenir dans un autre format, n'hésitez pas à vous adresser à votre agent de liaison.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'R. Prinzen'.

Rick Prinzen
Directeur général de la chaîne d'approvisionnement
et vice-président aux relations avec les donateurs