

13 septembre 2019

OBJET : LOT FIBRYGA M906A3491 – Durée de conservation du dispositif de reconstitution

À l'attention des professionnels de la santé :

Le lot Fibryga M906A3491 ayant une date de péremption en juillet 2021 (c.-à.-d., le 31 juillet 2021) comprend un dispositif de reconstitution, Octajet (L) 56450110, dont la date de péremption indiquée sur l'étiquette est le 19 juillet 2021.

Les études de stabilité accélérées effectuées pour Octajet ont permis d'établir une période de péremption de 6 ans à une température de conservation comprise entre +2 °C et 30 °C. Selon ces données, le produit Octajet (L) 56450110 peut être utilisé en toute sécurité jusqu'à la date de péremption du lot Fibryga.

Cette lettre confirme que le lot Fibryga M906A3491, ainsi que le produit emballé Octajet (L) 56450110, peuvent être utilisés jusqu'à la date d'expiration indiquée sur l'étiquette du lot Fibryga M906A3491, soit le 31 juillet 2021.

Si vous avez des questions au sujet de cette communication, veuillez communiquer avec Octapharma au 1 416 531-5533.

Veuillez agréer mes salutations distinguées,



Rashmi Jog
Directeur de la qualité et de la réglementation
Octapharma Canada inc.